

ZP/UR/82/2014

Zamawiający:  
Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 10.06.2014r.

**Do Wykonawców  
którzy pobrali SIWZ  
dot. post. ZP/UR/82/2014**

**Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 09.06.2014r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/82/2014 na **Dostawę wraz z szkoleniem i uruchomieniem systemu do długotrwałego monitorowania sygnału EKG metodą Holtera oraz analiza zapisu EKG dla Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

**Pytanie nr 7:**

Czy zamawiający dopuści system z rejestratorem umożliwiającą 12-kanalową rejestracją EKG maksymalnie 72 godziny próbkujący sygnał oraz jego rzeczywisty zapis na kartę z częstotliwością 1024Hz?



**Odpowiedź nr 7:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu z częstotliwością próbkowania 1024Hz.

Z punktu widzenia teorii i analizy sygnałów, próbkowanie jest utratą informacji występujących być może w reprezentowanym sygnale. Im niższa częstotliwość próbkowania, tym większa ewentualna utrata informacji. Cel naukowy projektu, dla którego przeznaczony jest system, zakłada opracowanie nowych metod eksploracji danych w zakresie wspomaganego wiedzą dziedzinową wykrywania z danych modeli procesów i ich zmian, definiowanych dla obiektów złożonych zmieniających się w czasie. Zakłada się, że możliwie wysoka częstotliwość próbkowania umożliwi odkrywanie innowacyjnych cech, których zastosowanie wpłynie na polepszenie jakości systemu wspomaganego leczenia choroby wieńcowej.

**Pytanie nr 8:**

Czy zamawiający dopuści system umożliwiającą monitorowanie aktywności ruchowej pacjenta poprzez pomiar impedancji klatki piersiowej dający możliwość monitorowania bezdechu sennego?

**Odpowiedź nr 8:**

Tak, Zamawiający dopuści system umożliwiającą monitorowanie aktywności ruchowej pacjenta poprzez pomiar impedancji klatki piersiowej.

**Pytanie nr 9:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych w §5 ust.1 na 0,3% wartości towaru, którego dotyczy opóźnienie.

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany zapisu.

**Pytanie nr 10:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 4 na: „W przypadku 3-krotnej nieskutecznej naprawy podzespołu, wadliwy podzespół zostanie wymieniony na nowy”

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany zapisu.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*