

Rzeszów dnia 01.10.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/115/2012

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa, instalacja, i uruchomienie kompletnej platformy do mikromacierzy DNA wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej.**

Pytania dotyczą zadania 1

1. Czy Zamawiający wymaga aby skaner mikromacierzy mógł pracować w temperaturze otoczenia od 15°C do 30°C? Niespełnienie tego warunku uniemożliwia pracę z mikromacierzami latem, gdy temperatury w laboratorium niejednokrotnie przekraczają 27°C.

Odpowiedź na pytanie :

Istotnie odpowiednia temperatura pracy skanera jest bardzo ważnym elementem, jednak wobec planów zainstalowania go w pomieszczeniu klimatyzowanym nie jest wymagany zakres temperatur jak w pytaniu.

Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

.....
Sekretarz komisji
przetargowej