

Rzeszów dnia 04.10.2012r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Znak sprawy: ZP/UR/120/2012**

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury badawczej i pomiarowej do Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych**

Pytania dotyczą części nr 1

**Punkt A.**

Stół optyczny z aktywnym systemem izolacji drgań z zestawem izolatorów i kompresorem. Czy Zamawiający rozważy zakup stołu optycznego z aktywnym tłumieniem drgań bez systemu monitorowania polegającego na przesyłaniu danych do komputera?

**Odpowiedź: Tak**

**Punkt C.**

Laser pracy ciągłej (światło o barwie zielonej).

Czy Zamawiający rozważy zakup lasera pracy ciągłej emitującego światło o długości fali 532nm mocy wyjściowej nie mniejszej niż 150mW i wszystkich pozostałych parametrach zgodnych lub lepszych z wymaganiami zawartymi w punkcie C?

**Odpowiedź: Tak**

**Punkt E.**

Laser impulsowy ze zwierciadłem dichroicznym z postumentem. Czy Zamawiający rozważy zakup lasera impulsowego o szerokości pasma  $<0.01 \text{ cm}^{-1}$  dla długości fali 532nm i

wszystkich pozostałych parametrach zgodnych lub lepszych z wymaganiami zawartymi w punkcie E?

**Odpowiedź:** Tak

*Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.*

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

.....  
Sekretarz komisji  
przetargowej