

Rzeszów dnia 11.10.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/126/2012

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury badawczej do Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej**

Pytanie nr 1 (Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -część nr 1 - dostawa, instalacja, szkolenie i uruchomienie spektrometru absorpcji atomowej wraz z oprogramowaniem – pkt. 3.)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na spektrometr AA wyposażony w 8-pozycyjny zmieniacz lamp wyposażony w lampy niekodowane - bez funkcji automatycznego rozpoznawania założonej lampy?

Zwracamy uwagę, że w przypadku oferowanego przez nas aparatu oraz lamp jedyną różnicę stanowi konieczność ustawienia w programie numeru stanowiska, w którym umieszczona jest lampa. Ustawienie to zostaje zapisane w oprogramowaniu. Zmiany ustawienia należy dokonać jedynie w przypadku wyjęcia lampy ze stanowiska lub jej zmiany. Pozostałe funkcje automatycznego doboru warunków analizy są identyczne jak w przypadku stosowania lamp kodowanych.

Odpowiedź:

Dopuszcza się rozwiązanie z 8-pozycyjnym zmieniaczem lamp bez funkcji automatycznego rozpoznawania włożonych lamp pod warunkiem, że oprogramowanie sterujące pozwala na przypisanie lampy do numeru stanowiska w zmieniaczu. Ustawienie takie zostaje zapisane w oprogramowaniu, a jego zmiana konieczna jest tylko w przypadku wyjęcia lampy. Pozostałe funkcje automatycznego doboru warunków analizy powinny być takie same jak w przypadku lamp kodowanych.

Pytanie nr 2 (Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -część nr 1 - dostawa, instalacja, szkolenie i uruchomienie spektrometru absorpcji atomowej wraz z oprogramowaniem – pkt. 13.)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lamp niekodowanych w miejsce lamp kodowanych?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zaoferowanie lamp niekodowanych przy spełnieniu warunku opisanego w odpowiedzi na pytanie 1.

Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

.....
Sekretarz komisji
przetargowej