

Rzeszów dnia 16.10.2012r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Znak sprawy: ZP/UR/141/2012**

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury badawczej do Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej**

Pytania dotyczą części nr 2 , pozycja 6

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby oscyloskop pracował ze specyfikowaną maksymalną prędkością próbkowania 2GSa/s, przy dłuższych podstawach czasu, nawet do 1ms/dz(włącznie)?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby oscyloskop był wyposażony w rekord akwizycji o długości przynajmniej 20M (w każdym kanale)?

**Odpowiedź:**

Nie - ale nie mniejsza niż 1 Mpunktów na kanał

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby oscyloskop cyfrowy był wyposażony w obwody wejściowe o czułości 2mV/dz?

**Odpowiedź:**

Tak

*Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.*

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik  
Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

.....  
Sekretarz komisji  
przetargowej