

Rzeszów dnia 23.10.2012r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Znak sprawy: ZP/UR/138/2012**

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa oraz uruchomienie sprzętu medycznego dla Wydziału Medycznego UR w ramach projektu PRZYRODNICZO-MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH**

Pytania dotyczą części nr 13.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z kątem skanowania 68°, kąt w granicach 150° dostępna głowica endo-kawitarna lub microconvex ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowicą liniową 5.0 – 12.0 MHz?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowicą convex 2.0-8.0 MHz?

**Odpowiedź:**

TAK

Pytania dotyczą części nr 5

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczy części 5 pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termocyklera do przeprowadzania reakcji PCR o parametrach spełniających szczegółowe wymagania SIWZ, a nawet przewyższających je w wielu punktach, w tym z blokiem grzejnym na 96 próbek 0,2ml opartym o 4 elementy Peltiera nowej generacji o zakresie temperatury 4-99st.C z dokładnością kontroli temperatury w bloku 0,1st'C, z jednorodnością temperatury nie gorszą niż +/- 0,4st.C przy 95st.C, z dokładnością temperatury nie gorszą niż +/- 0,2 st.C, z szybkością zmiany temperatury do 6st.C/s, z funkcją automatycznej zmiany temperatury i/lub czasu w kolejnych cyklach, pamięcią na 10,000 programów PCR, blok grzejny z gradientem termicznym o rozpiętości do 30st.C w 12 kolumnach, możliwością sterowania przez Internet, z wagą urządzenia 12,4kg, o wymiarach 26 x 41' x 37cm, z siedmioocalowym ekranem dotykowym, pokrywą grzejną, której temperatura automatycznie dostosowuje się do objętości reakcji, z możliwością wyłączania/włączania grzania pokrywy, możliwością samodzielnej wymiany bloków i możliwością doposażenia we współpracujący blok na 384-dołkowy?

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy części 5 pozycji nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do uzyskiwania wysokiej jakości DNA, RNA o parametrach spełniających szczegółowe wymagania SIWZ, a nawet przewyższających je w wielu punktach, w tym ze stałym czasem analizy próbek niezależnie od ich ilości - ok' 1 minuta/próbkę, możliwością analizy dowolnej liczby próbek od 1 do 96, z autosamplerem automatycznie przekłuwającym folię zapobiegającą Wyparowaniu próbek w płytce i nakładającym 1.µl próbki na żel, limitem detekcji DNA w próbce od 5pg/µl, limitem detekcji RNA w próbce od 100pg/µl, limitem detekcji białek w próbce od 5ng/µl, rozdzielczością analizy DNA do 10%, współpracujące z fabrycznie przygotowanymi kartridżami z żelami niewymagających wcześniejszego przygotowania ani manualnego nakładania, z diodą LED jako Źródłem światła, oprogramowaniem automatycznie wyznaczającym: stopień integralności RNA; wielkość i stężenie analizowanych fragmentów DNA; RNA i białek, oprogramowaniem eksportującym dane do programu analizującego wyniki lub w postaci obrazu, raportu, arkusza kalkulacyjnego, zestawem startowym odczynników, komputerem przenośnym z oprogramowaniem sterującym i gwarancją 24 miesięcy?

#### **Odpowiedź na pytania nr 4 oraz 5**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu części 5 pozycji nr 1 oraz części 5 pozycji nr 2.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz.

*Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.*

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

.....  
Sekretarz komisji  
przetargowej