

Rzeszów dnia 30.10.2012r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Znak sprawy: ZP/UR/138/2012**

### **Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa oraz uruchomienie sprzętu medycznego dla Wydziału Medycznego UR w ramach projektu PRZYRODNICZO-MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH**

### **Pytanie nr 1**

Pytanie dotyczy części 5 pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 1 termocyklera z blokiem grzejnym na 96 próbek o pojemności 0,2 ml zamiast 2 termocyklerek z blokiem grzejnym na 48 próbek o pojemności 0,2 ml?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy: Część nr 10 – sprzęt do pracowni innowacyjnych metod pomiaru umiejętności położniczych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, by z Części nr 10 (sprzęt do pracowni innowacyjnych metod pomiaru umiejętności położniczych), na która składają się trzy pozycje: Pozycja nr 1 - Interaktywny symulator porodu, Pozycja nr 2 - Symulator porodowy z monitoringiem siły nacisku na rodzące się dziecko, Pozycja nr 3 - Standardowy symulator porodowy, wydzielił do osobnego pakietu Pozycję nr 2 i Pozycję nr 3. W obecnej formie nie możemy złożyć Państwu oferty, tj. na całość Części 10. Rozdzielenie na części przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, gdyż więcej Wykonawców będzie w stanie złożyć oferty na przedmiotowy sprzęt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego dla Pozycji nr 2 - Symulator porodowy z monitoringiem siły nacisku na rodzące się dziecko, Pozycja nr 3 - Standardowy symulator porodowy z Części nr 10 (sprzęt do pracowni innowacyjnych metod pomiaru umiejętności położniczych), o zmianę okresu gwarancji dla z wymaganych min. 24 miesięcy do min. 12 miesięcy. Prośbę motywujemy tym, że producenci modeli, które chcemy zaoferować, zapewniają na modele 12 miesięczną gwarancję. Wydłużenie okresu gwarancji do wymaganych min. 24 miesięcy wiązać się będzie zatem z podwyższeniem wartości oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4**

Prosimy Zamawiającego dla Pozycji nr 2 - Symulator porodowy z monitoringiem siły nacisku na rodzące się dziecko, Pozycja nr 3 - Standardowy symulator porodowy z Części nr 10 (sprzęt do pracowni innowacyjnych metod pomiaru umiejętności położniczych), o wydłużenie terminu realizacji z 30 dni do 42 dni od podpisania umowy. Wymagany termin jest zbyt krótki, gdyż producenci w związku z obłożeniem zamówieniami nie są w stanie dostarczyć symulatorów we wskazanym terminie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego dla Pozycji nr 2 - Symulator porodowy z monitoringiem siły nacisku na rodzące się dziecko, Pozycja nr 3 - Standardowy symulator porodowy z Części nr 10 (sprzęt do pracowni innowacyjnych metod pomiaru umiejętności położniczych), o odstąpienie od wymogu montażu, uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego 3 osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Montaż i uruchomienie oferowanych symulatorów są na tyle łatwe do przeprowadzenia, że Użytkownikowi, po zapoznaniu się ze szczegółową instrukcją obsługi /w jęz. polskim/ dostarczoną wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, nie przysporzy to problemu. Jednocześnie oferowane modele są łatwe w obsłudze, co również znajduje potwierdzenie w instrukcji obsługi. W/w wymogi wpłyną jedynie na bezzasadne podwyższenie ceny oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o dopuszczenie referencji na kwotę ponad 180 tyś. zł lecz na różne fantomy, modele i symulatory a nie jedynie na modele porodowe. Są to bardzo kosztowne modele i praktycznie nie zdarza się aby jeden użytkownik zamówił ich aż na kwotę 130 tyś. Fakt zrealizowania dostawy na podobny asortyment uważamy że dokonane potwierdza spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia oraz faktu jej należytego wykonania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Sekretarz komisji  
przetargowej*

.....  
*Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona*