

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/143/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA do siwz z dn. 05.12.2012r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/168/2012 na **Dostawę sprzętu – aparatów do elektroforezy, aparatu do testu kometowego oraz mieszadła magnetycznego dla Katedry Biochemii i Biologii Komórki** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mieszadła magnetycznego: Zakres prędkości nie węższy niż: 0-3000 obr/min; stolik roboczy ze stali, nie mniejszy niż 110 × 110 mm; konstrukcja odporna na wpływ środków chemicznych; maksymalna lepkość płynów: 1170 mPa × s; maksymalna długość mieszadła magnetycznego: 50 mm; waga: nie mniejsza niż 1 kg; zasilacz: 12 V, 220 mA
Gwarancja: min. 24miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mieszadło o parametrach zasilacza 12V 220 mA.

z up. Rektora UR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik