

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/39/2012 „Dostawa: wytrząsarki kołyskowej, wagi precyzyjnej, automatycznego licznika komórek, pipet automatycznych oraz systemu do wykonywania pomiarów wydychanego tlenu azotu - dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytania dotyczą zadania nr 3- Automatyczny licznik komórek wraz z zestawem startowym.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w przypadku potrzeby naprawy urządzeń/ usunięcia wady, zgadza się na termin naprawy/ usunięcia wady mógł wynosić do 21 dni roboczych a w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy 28 dni roboczych? Wykonawca, w przypadku naprawy powyżej 14 dni roboczych, zapewnia urządzenie zastępcze.

Odpowiedź:

Tak, dla zadania nr 3, zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy na powyższe zawarte w pytaniu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zgadza się aby wymiana urządzenia / elementu na nowe nastąpiła po trzykrotnej awarii/ naprawie tego samego elementu w okresie gwarancji? Dotyczy par. 5 punkt 5 umowy.

Odpowiedź:

Tak, dla zadania nr 3, zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy na powyższe zawarte w pytaniu.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w par. 4 punkt 1 kary umowne w przypadku podpunktów a,b i c wynosiły dla nich nie 0,5 % a 0,2 % odpowiednio?

Odpowiedź:

Tak, dla zadania nr 3, zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy na powyższe zawarte w pytaniu.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty biuletynów informacyjnych, na temat oferowanych urządzeń, w formie oryginalnych materiałów producenta w języku angielskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy na zaproponowane przez pytającego Wykonawcę – ale tylko dla zadania nr 3 „Automatyczny licznik komórek wraz z zestawem startowym”.

Projekt umowy dla pozostałych zadań pozostaje bez zmian.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona