

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

**Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/39/2012 „Dostawa: wytrząsarki kołyskowej, wagi precyzyjnej, automatycznego licznika komórek, pipet automatycznych oraz systemu do wykonywania pomiarów wydychanego tlenu azotu - dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytania dotyczą zadania nr 3- Automatyczny licznik komórek wraz z zestawem startowym.**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licznika bez wyświetlacza LCD, tzn.: system jest sterowany za pomocą komputera?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie licznika bez wyświetlacza LCD.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza stężenie komórek do liczenia w zakresie:  $5 \times 10^4$  do  $5 \times 10^6$  (komórek/ml)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza stężenia komórek do liczenia w zakresie:  $5 \times 10^4$  do  $5 \times 10^6$

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza licznik o maksymalnym czasie liczenia 50 sekund?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza licznika o maksymalnym czasie liczenia 50 sekund.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w metodzie innych barwników niż błękit trypanu, tzn.: DAPI i oranż akrydyny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania barwników DAPI i oranż akrydyny.

**Pytanie nr 5:**

Czy wyniki mogą być drukowane w formacie standardowym, nie w postaci naklejek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*