

Rzeszów dnia 28.06.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/48/2012

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawę i uruchomienie systemu TS-EMF w składzie: analizator sygnałów z przedwzmacniaczem, okablowaniem, wzorcem częstotliwości i anteną wielokierunkową na nieprzewodzącym trójnogu do pomieszczenia 0/B1/U034 w 5.2 Pracowni Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.**

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie urządzenia, które posiada następujący maksymalny poziom szumów:

- w paśmie 10MHz-2,1GHz: gwarantowane -161dBm i typowo -163dBm
- w paśmie 2,1GHz-3,6GHz: gwarantowane -160dBm i typowo -162dBm ?

Odpowiedź:

Tak

Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

.....
Sekretarz komisji
przetargowej

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona