

Rzeszów dnia 01.06.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/48/2012

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawę i uruchomienie systemu TS-EMF w składzie: analizator sygnałów z przedwzmacniaczem, okablowaniem, wzorcem częstotliwości i anteną wielokierunkową na nieprzewodzącym trójnogu do pomieszczenia 0/B1/U034 w 5.2 Pracowni Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora sygnałów o próbkowaniu przetwornika ADC 90 Msa/s?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2:

Bardzo prosimy o podanie wymaganego zakresu ustawień filtrów RBW w analizatorze sygnałów i wymaganego kroku ich ustawień.

Odpowiedź:

Od 1Hz do 3MHz ustawiane z krokiem maksymalnie 10% oraz 4, 5, 6, 8 MHz

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niemetalicznego, nieprzewodzącego, statywu do anteny wykonanego z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Tak

Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

.....
Sekretarz komisji
przetargowej

