

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi na pytania nr 1 z dnia 14.06.2012 r.

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/66/2012 „Dostawa termo-wytrząsarki z chłodzeniem na mikroprobówki z wymiennymi wkładami”**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści termo-wytrząsarkę o większej masie zapewniającej lepszą stabilność urządzenia w czasie wytrząsania oraz z zasilaczem wbudowanym co stanowi rozwiązanie bezpieczniejsze niż wymagany zasilacz zewnętrzny, o pozostałych parametrach lepszych niż wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termo-wytrząsarkę o masie nie większej niż 10 kg oraz termo-wytrząsarkę z zasilaczem wbudowanym, o pozostałych parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1.1 do Siwz).

Powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona