

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 23.07.2012 r.

**Do Wykonawców
którzy pobrali SIWZ
dot. post. ZP/UR/79/2012**

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 20.07.2012r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/79/2012 na **Dostawę fabrycznie nowej, nie używanej, automatycznej płuczki do mikroplutek ELISA dla Katedry Biochemii i Biologii Komórki Wydziału Biologiczno - Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści płuczkę wyposażoną w 8 igłową głowicę z jednym rzędem igieł dozujących i drugim rzędem igieł odsysających co zapewnia maksymalną jakość działania płuczki?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza płuczkę wyposażoną w 8 igłową głowicę z jednym rzędem igieł dozujących i drugim rzędem igieł odsysających .

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści płuczkę z dwoma butlami na bufor i jedną na zlewki bez opcjonalnej możliwości wyposażenia zbiorników w opcję detekcji poziomu płynu?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza jedynie płuczkę posiadającą możliwość rozbudowy zbiorników w opcję pomiaru poziomu cieczy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści płuczkę w której objętość rozdzielanego płynu wynosi 25-3000 ul / dołek do wyboru w krokach co 1ul?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, wymagane jest, aby płuczka posiadała zakres dozowanych objętości dla płytki 96 dołkowej: 50-3000 ml z możliwością ustawienia co 50µl –mycie, 50-400µl z możliwością ustawienia co 50µl – dozowanie

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści płuczkę z dokładnością dozowania objętości 300ul < 3%?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, wymagana jest dokładność dozowania objętości 300 ml ≤2%.

Powyższa odpowiedź stanowią integralną część SIWZ.

W związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 23.07.2012 zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny Termin składania ofert – 27.07.2012 r. godz. 10:00

Aktualny Termin otwarcia ofert – 27.07.2012 r. godz. 10:15

**z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych**

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona