

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/80/2012 „Dostawa drobnego sprzętu medycznego”** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Pytanie dotyczy części 3 i pozycji 3.7 oraz 3.8

Czy zamawiający dopuści pipety z wyrzutnikiem końcówek ale bez regulacji? W pipetach wielokanałowych, które chcemy zaoferować, skok wyrzutnika jest uniwersalny i pozwala na pracę ze wszystkimi typami końcówek bez konieczności regulacji.

Odpowiedź: Tak

Powyzsze odpowiedzi staja się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona