

ZP/UR/165/2013

Rzeszów, 25.10.2013 r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/165/2013**

**Wyjaśnienia treści siwz z dn. 25.10.2013r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/165/2013 na **Dostawę podstawowego wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu „Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 17.10.2013, 21.10.2013r i 22.10.2013r.

**Pytanie 3:**

Aby jednoznacznie określić komplet wzorców masy należy podać:

- 1.klasę wzorców
- 2.nominały wzorców
- 3.ilosć wzorców

Np. komplet wzorców klasy E2 ze świadectwem wzorcowania: 1x100g, 2x200g, 1x500g

Zwracam się z prośbą o podanie tych parametrów, ponieważ w tym momencie nie jest wiadomo co Państwo rozumieją pod nazwa komplet E2. Taki komplet może zawierać różną ilość wzorców o różnych nominałach

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie na 5

**Pytanie 4:**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu parametru technicznego: „złącze RS232 z GLP i GMP” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia jednego przenośnego, wykonanego w wodoodpornej obudowie rejestratora danych ważenia( wynik ważenia, identyfikacja wagi, użytkownika, numer fabryczny wagi wraz z datą i godziną pomiaru ) w formie bazy danych z możliwością wglądu za pośrednictwem sieci ethernet i przeglądarki www eksportu z uwzględnieniem ram czasowych zbieranych danych do Exela z możliwością generowania raportów z sumy z ważeń z wybranego dnia, miesiąca, roku.

Rejestrator powinien umożliwiać rejestrację z wag posiadających interfejs z RS 232 z GLP, GMP.

**Pytanie 5:**

Czy w punkcie 13 Zamawiający dopuści następujące zestawy odważników (zaznaczone podkreśleniem):

|  |
|--|
| Wzorce masy w klasie E2 (nominał mg), komplet: <u>od 1 mg do 500 mg (12 szt.)</u>                  |
| Wzorce masy w klasie E2 (nominał g), komplet: <u>od 1 g do 100 g (9 szt.)</u>                      |
| Wzorce masy w klasie F1 (nominał mg), komplet: <u>od 1 mg do 500 mg (12 szt.)</u>                  |
| Wzorce masy w klasie F1 (nominał g), komplet: <u>od 1 g do 100 g (9 szt.)</u>                      |
| Wzorce masy w kompletach E2: <u>od 1 mg do 500 mg (12 szt.)</u> , <u>od 1 g do 200 g (11 szt.)</u> |

Wzorce masy w kompletach F1: od 1 mg do 500 mg (12 szt.), od 1 g do 2 kg (15 szt.), od 1 kg do 5 kg (4 szt.)

Wzorce masy w kompletach F2: od 1 mg do 500 mg (12 szt.), od 1 g do 2 kg (15 szt.), od 1 kg do 5 kg (4 szt.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaferowania zestawów odważnikowych zaznaczonych podkreśleniem  
Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 w punkcie 13.

**Pytanie 6:**

Czy wymagane w punkcie 13 wzorce masy (odważniki kalibracyjne) to odważniki, które są odpowiednie do oferowanych modeli wag, zalecane przez instrukcje obsługi?

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający wymaga odważników zgodnych z informacjami zawartymi w instrukcjach obsługi wag.

**Pytanie 7:**

W związku z niezgodnością ilościową w formularzu opisu Zamówienia, prosimy o sprecyzowanie ilości sztuk wirówek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kompletów wirówek.( poz. 23 )

Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 w poz. 23

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie wymagań dotyczących wirówek. Czy Zamawiający wymaga by wirówki były wentylowane czy by posiadały chłodzenie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia wirówek wentylowanych.( poz. 23 )

Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 w poz. 23

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający dopuszcza komorę fitotronową ze sterowaniem mikroprocesorowym i wyświetlaczem cyfrowym z klawiaturą foliową, zapewniającą bezpieczne i trwałe użytkowanie urządzenia, spełniającą wymagania programowania jak w punkcie 11?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza komorę fitotronową ze sterowaniem mikroprocesorowym i wyświetlaczem cyfrowym z klawiaturą foliową zapewniającą bezpieczne i trwałe użytkowanie urządzenia ,spełniające wymogi programowania jak w punkcie 11

**Pytanie 10:**

W nawiązaniu do wymogu Zamawiającego dot. „wykonania przez Wykonawcę kalibracji i legalizacji wag na miejscu u Zamawiającego” informujemy, iż dla wag wyprodukowanych po 01.05.2004r nie wykonuje się takiej usługi w miejscu pracy wagi. Wagi te podlegają tzw. „legalizacji pierwotnej” wykonywanej przez Producenta, o czym świadczą specjalne znaki (naklejki, cechy legalizacji) z symbolem „M” umieszczone na tabliczce znamionowej lub jej pobliżu. Prosimy, w związku z powyższym o weryfikację wymogu w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu 17.10.2013 r. po przeprowadzonej analizie stwierdza, iż legalizacja wag, które będą wykorzystane w laboratoriach nie jest wymagana

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dopuści wagi bez legalizacji, które posiadają wszystkie wymienione jednostki ważenia i wymagane funkcje, ponieważ w wagach legalizowanych dostęp do wymaganych funkcji jest zablokowany lub ograniczony?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wagi bez legalizacji o tych samych parametrach technicznych

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis posiadał system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie naprawy, legalizacji i wzorcowania wag elektronicznych i dodatkowo posiadał akredytację PCA?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymogów. Zamawiający wymaga autoryzacji serwisu przez producenta wag.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał system zarządzania jakością ISO 9001: 2009 w zakresie sprzedaży aparatury kontrolno-pomiarowej, w celu zagwarantowania jakości usług?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wymaga

**Pytanie 14:**

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem: „kalibracja”, tj. czy ma to być:

- a) automatyczny system kalibracji wewnętrznej uruchamiany klawiszem,
- b) wzorcowanie – jeśli tak, to czy ma być ono wykonane przez jednostkę akredytowaną?
- c) adiustacja,
- d) sprawdzenie?

Jeśli Zamawiający wymaga wzorcowania, to czy może być ono wykonanie w innym miejscu niż u Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Pod pojęciem kalibracja Zamawiający ma na myśli przeprowadzenie procedury kalibracji, zgodnie z instrukcją obsługi. Zamawiający nie wymaga wzorcowania wag

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji na dostawę wag na dwie dostawy o łącznej wartości 70.000,00 zł netto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisem w SIWZ, że Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 1 dostawę wag laboratoryjnych o wartości zrealizowanej co najmniej 70 000,00 PLN netto, tzn. każda wykazana dostawa musi mieć wartość zrealizowaną co najmniej 70 000,00 PLN netto.

**Pytanie 16:**

Dot. zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wagę dwuzakresową o zakresie ważenia 50/410g i dokładności 0,01/0,05g oraz pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Dot. zadania nr 1 poz. 5

Zamawiający nie dopuści wagi o wymienionych parametrach technicznych.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z up. Rektora UR

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*