

ZP/UR/165/2013

Rzeszów, 17.10.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/165/2013**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 17.10.2013r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/165/2013 na **Dostawę podstawowego wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu „Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 14.10.2013r. i 16.10.2013r.

Pytanie 1:

Nawiązując do przetargu na dostawę wag proszę o wyjaśnienie zapisu o legalizacji wag na miejscu u użytkownika. Niestety nie ma możliwości wykonania tej czynności przez dostawcę w miejscu użytkownika. Waga może być jedynie zalegalizowana przez producenta wagi w procesie produkcyjnym. Jest to tzw. zatwierdzenie typu wagi. Dostarczona waga z legalizacją oprócz działki odczytowej, posiada również działkę legalizacyjną, ograniczony jest wówczas dostęp do większości jednostek ważenia (zazwyczaj zostają mg,g,kg) oraz do niektórych funkcji wagi (z opisu przedmiotu wynika, iż nie są wymagane wagi legalizowane (brak podania działki legalizacyjnej, dostępność wielu jednostek ważenia)

Proszę o wyjaśnienie zapisu o legalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający po przeprowadzonej analizie stwierdza, iż legalizacja wag, które będą wykorzystane w laboratoriach nie jest wymagana.

Zamawiający dokonuje zmian w Opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 1-zał. nr 1.1a do siwz oraz w projekcie umowy – zał. nr 3 do siwz.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/165/2013 proszę o podanie większej ilości szczegółów na temat dostawy wzorców masy w zadaniu 1 nr 13.

Jakie nominały wzorców mają zawierać poszczególne komplety. Ile ma być tych kompletów a ile pojedynczych wzorców. Czy wzorce muszą posiadać certyfikaty wzorcowania?

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie dotyczące wzorców mas:

1) po jednym komplecie, po jednym wzorcu

2) tak, wzorce mają posiadać certyfikaty wzorcowania

Zamawiający załącza zmodyfikowany formularz cenowy -zał. nr 1.2 do siwz

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona