

ZP/UR/165/2013

Rzeszów, 03.12.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/165/2013**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 03.12.2013r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/165/2013 na **Dostawę podstawowego wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu „Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 05.11.2013r. oraz w dn. 27.11.2013r.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do przetargu ZP/UR/165/2013-Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 25.10.2013r. odpowiedź na pytanie 4, proszę o podanie przykładowego urządzenia na rynku spełniającego wymagania dotyczące przenośnego rejestratora danych bądź odpowiedzieć na pytania:

Jak duży bufor pamięci/bazę danych musi posiadać rejestrator danych i jaka jest minimalna liczba rekordów do przechowywania?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ: tj. min. 1000 pomiarów.

Pytanie 2:

Czy licencja na Microsoft Excel jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3:

Czy możliwość generowania raportów z sumy ważenia powinna być wbudowana funkcjonalnością rejestratora czy też ma on zbierać czyste dane a raporty będą generowane po obróbce danych w arkuszu kalkulacyjnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ: generowanie raportów z sumy ważenia powinna być wbudowaną funkcjonalnością rejestratora.

Pytanie 4:

Czy przez dane ważenia zapisywane w bazie danych rejestratora (wynik ważenia, identyfikacja wagi, użytkownika, numer fabryczny wagi wraz z datą i godziną pomiaru) rozumie się wszystkie wymienione dane występujące jako jeden rekord, czy są to przykładowe dane zapisywane w bazie rejestratora w zależności od funkcji wagi?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ: Rejestrowane dane to: wynik ważenia, identyfikacja wagi, użytkownika, numer fabryczny wagi wraz z datą i godziną pomiaru.

Pytanie 5:

Jakie konkretne dane oprócz rekordów (wydruków) GLP/GMP powinny być rejestrowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ: Rejestrowane dane to: wynik ważenia, identyfikacja wagi, użytkownika, numer fabryczny wagi wraz z datą i godziną pomiaru.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona