

ZP/UR/3/2013

Rzeszów, dn. 07.02.2013 r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego dla pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej oraz przeprowadzenie testu poprawności działania urządzeń”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIA Z DNIA 30.01.2013 R.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 445 l ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania zamrażarek o pojemności większej niż w zapisach SIWZ. Do planowanych zastosowań nie są wymagane tak duże objętości.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z maksymalnie generowanym poziomem hałasu wynoszącym < 51 dB ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia jakie znaczenie dla Zamawiającego ma minimalnie mniejszy poziom hałasu generowanego przez zamrażarkę - różnica 1 dB.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający **dopuszcza** zamrażarkę z maksymalnym generowanym poziomem hałasu wynoszącym poniżej 51 dB.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie, której treść zamieszcza na stronie internetowej: www.univ.rzeszow.pl

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z systemem back-up CO2 butli z gazem i o jakiej pojemności?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ wskazuje, aby zamrażarki zawierały system awaryjnego podtrzymywania temperatury bez określania konkretnej technologii. System powinien zabezpieczać prawidłowe działanie urządzeń podczas co najmniej 5-godzinnego braku zasilania standardowego.

Jeżeli wykonawca chce zaproponować system CO2, w związku z tym taka możliwość istnieje, przy zapewnieniu podanego czasu pracy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia zamrażarki skrzyniowej w 3 półki o regulowanej wysokości? Zamrażarki skrzyniowe obecne na rynku nie mają zainstalowania półek. Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający **odstąpi** od wyposażenia zamrażarki skrzyniowej w 3 półki o regulowanej wysokości.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie, której treść zamieszcza na stronie internetowej: www.univ.rzeszow.pl

PYTANIA Z DNIA 05.02.2013 R.

Pytanie 5

Czy jest wymagana dostawa tych zamrażarek z systemem rejestracji i monitorowania temperatur z alarmami w formie SMS o przekroczeniach lub braku zasilania (nie wpływa to istotnie na koszt zakupu – znikomy w porównaniu z systemem CO2 back-up, a podwyższa bezpieczeństwo przechowywanych preparatów).

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować w ofercie moduł j.w., natomiast Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, co oznacza, że nie czyni z niniejszego, wymogu specyfikacji.

Pytanie 6

Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego liczby półek (zamrażarka skrzyniowa raczej nie będzie ich miała, tym bardziej w wersji o regulowanej wysokości), stelaży i pudełek do każdej z zamrażarek. Czy sumaryczna ilość stelaży (5szt) oraz pudełek (100szt) dotyczy obu zamrażarek, czy też jest to ilość która ma być w dostawie dla każdego rodzaju zamrażarki.

Odpowiedź:

Opisane wymagania dotyczą każdego rodzaju zamrażarki, przy czym w przypadku zamrażarki skrzyniowej Zamawiający **odstąpi** od wyposażenia w półki. Zatem wymaganą liczbę elementów przedstawia tablica:

	Zamrażarka szafowa	Zamrażarka skrzyniowa
Półki	Minimum 3 półki o regulowanej wysokości	-
Stelaże	Minimum 5 stelaży na minimum 100 pudełek	Minimum 5 stelaży na minimum 100 pudełek
Pudełka	Nie mniej niż 100 pudełek	Nie mniej niż 100 pudełek

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **01.03.2013r. godz. 10:00**
- Termin otwarcia ofert - **01.03.2013r. godz. 10:30**

Z poważaniem

z up. Rektora UR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Otrzymują:

1. www.univ.rzeszow.pl
2. a/a ZP