

Znak sprawy: ZP/UR/20/2013

Rzeszów, 19.03.2013r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Do Wykonawców
którzy pobrali SIWZ
dot. post. ZP/UR/20/2013

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/20/2013 na: **Dostawę fabrycznie nowych lewarów kriogenicznych, zbiorników Dewara na ciekły azot i hel oraz dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego argonowego ścienciacza jonowego oraz fabrycznie nowego mikroskopu elektronowego do Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie:

W zadaniu nr 1 pkt. IV i V dopuści węże próżniowe o następujących parametrach:

- średnica wewnętrzna 3/8"
- średnica zewnętrzna 41 mm
- promień zgięcia 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 pkt. IV i V parametry: średnica wewnętrzna 3/8", średnica zewnętrzna 41 mm, promień zgięcia 150 mm.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*