

ZP/UR/17/2013

Rzeszów, dn. 28.03.2013 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Dostawa urządzeń i sprzętu na potrzeby Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-  
Technicznej.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający–Uniwersytet Rzeszowski przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **PYTANIA Z DNIA 12.03.2013 R.**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści kamerę szybką, której rejestruje obraz o rozdzielczości 1024x1024 z szybkością 3600 klatek na sekundę?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją techniczną w SIWZ wymagania techniczne zostały określone jako minimalne. Stąd oferty proponujące wyższe parametry będą akceptowane.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści kamerę termograficzną o parametrach pomiarowych (zakresie temperatur, rozdzielczości NETD, obiektywach) przekraczających wymagania, ale bez ekranu dotykowego i związanych z ekranem dotykowym funkcji istotnych wyłącznie podczas prac inspekcyjnych a nie naukowych, tj.:

- Szkice na monitorze
- Kopiowanie do Pendrive
- Raport PDF wykonany w kamerze
- Dotykowy wyświetlacz

Tak szczegółowe wymagania ograniczają wybór Państwa do jednego urządzenia i jednego oferenta.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie, której treść zamieszcza na stronie internetowej: [www.univ.rzeszow.pl](http://www.univ.rzeszow.pl)

Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **19.04.2013r. godz. 10:00**
- Termin otwarcia ofert - **19.04.2013r. godz. 10:30**

Z poważaniem

z up. Rektora UR

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

#### Otrzymują:

1. [www.univ.rzeszow.pl](http://www.univ.rzeszow.pl)
2. a/a DZP