

Znak sprawy: ZP/UR/20/2013

Rzeszów, 08.03.2013r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Do Wykonawców
którzy pobrali SIWZ
dot. post. ZP/UR/20/2013

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/20/2013 na: **Dostawę fabrycznie nowych lewarów kriogenicznych, zbiorników Dewara na ciekły azot i hel oraz dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego argonowego ścienniacza jonowego oraz fabrycznie nowego mikroskopu elektronowego do Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 04.03.2013r.:

Pytanie 1:

Wnoszący pytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o zaakceptowanie w zadaniu 1 następujących parametrów

Poz. 1 Dewar metalowy na ciekły azot

- pojemność 10-12,5 litra

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemność 10-12,5l

Poz. VI Dewar na ciekły hel wraz z lewarem

- pojemność : 64 litry

- Materiał: aluminium

- waga: 32 kg

- ciśnienie pracy: 0,7 bar

- odparowanie 1,5% / dobę

- nie zintegrowana podstawa jezdna z pięcioma kołami

Lub

Poz. VI Dewar na ciekły hel wraz z lewarem

- pojemność 52 litry

- materiał: aluminium

- waga: 46kg

- ciśnienie pracy: 1,0 bar

- odparowanie 1,3% / dobę

- całkowita wysokość 115 cm

Powyższe informacje są niezbędne, aby opisać przedmiot zamówienia w sposób określony w art. 29 30 cyt. Ustawy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia parametry dla Dewarów poz. VI bez zmian. Wymienione Dewary nie spełniają parametrów, Zamawiający nie akceptuje zamiany.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona