

Rzeszów dnia 02.04.2013r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Znak sprawy: ZP/UR/06/2013**

### **Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa, instalacja i uruchomienie defektoskopu do badań ultradźwiękowych z wyposażeniem.**

### **PYTANIA**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyposażenie (meble) o poniższych parametrach:

Stół laboratoryjny do pracy na siedząco wzmocniony, szt. 1

- wymiary blatu stołu 140 x 80 cm

- blat stołu wykonany z płyty melaminowanej grubości 25 mm lub z płyty oklejonej laminatem HPL, grubość 28 mm, charakteryzującej się większą trwałością i odpornością na czynniki chemiczne – prosimy o określenie z jakiego materiału ma być wykonany blat

Laboratoryjna szafa szklana na akcesoria i próbki, regulowana wysokość półek, ilość półek 9, szt. 1

- wymiary szafy: wysokość 180 cm, szerokość 100 cm, głębokość 50 cm, konstrukcja z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze popielatym, fronty - ramka ze szkłem.

2. Czy Zamawiający dopuści wzorzec 4-stopniowy (na większe grubości) wykonany ze stali węglowej?

### **Odpowiedzi:**

#### **Ad.1**

TAK- stół laboratoryjny do pracy na siedząco wzmocniony, szt. 1

- wymiary blatu stołu 140 x 80 cm

- blat stołu wykonany z płyty oklejonej laminatem HPL, grubość 28 mm, charakteryzującej się większą trwałością i odpornością na czynniki chemiczne

Laboratoryjna szafa szklana na akcesoria i próbki, regulowana wysokość półek, ilość półek 9, szt. 1

- wymiary szafy: wysokość 180 cm, szerokość 100 cm, głębokość 50 cm, konstrukcja z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze popielatym, fronty - ramka ze szkłem.

**Ad.2**

Tak - Zamawiający dopuszcza wzorzec 4-stopniowy (na większe grubości)

wykonany ze stali węglowej

*Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.*

.....  
*Sekretarz komisji  
przetargowej*

.....  
*Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona*