

ZP/UR/17/2013

Rzeszów, dn. 08.04.2013 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa urządzeń i sprzętu na potrzeby Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-
Technicznej.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający–Uniwersytet Rzeszowski przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIA Z DNIA 28.03.2013 R.

Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie jaką kamerę szybką chciałby otrzymać Zamawiający-monochromatyczną, czy kolorową?

Odpowiedź:

Dopuszcza się kamerę monochromatyczną.

Pytanie 2

Zamawiający nie precyzuje minimalnej ilości wewnętrznej pamięci RAM, w jaką powinna być wyposażona kamera szybka. Prosimy o określenie jaką minimalna ilość pamięci powinna posiadać kamera szybka?

Odpowiedź:

Minimalna ilość pamięci RAM 12GB.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery termowizyjnej, która posiada częstotliwość odświeżania 30 Hz?

Odpowiedź:

Tak. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie, której treść zamieszcza na stronie internetowej: www.univ.rzeszow.pl

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery termowizyjnej, której zoom cyfrowy regulowany jest w zakresie x1 do x4.

Odpowiedź:

Tak. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie, której treść zamieszcza na stronie internetowej: www.univ.rzeszow.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **30.04.2013r. godz. 10:00**
- Termin otwarcia ofert - **30.04.2013r. godz. 10:30**

Z poważaniem

Otrzymują:

1. www.univ.rzeszow.pl
2. a/a DZP