

Znak sprawy: ZP/UR/61/2013

Rzeszów, 15.04.2013r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/61/2013

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 15.04.2013r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/61/2013 na **Dostawa wytrząsarki, zestawu do elektroforezy poziomej, sterylizatora oraz mikrowirówki dla Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1:

Dotyczy Zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator, w którym załadunek odbywa się na tackach?

Odpowiedź:

Ładowanie tylko w koszyku. Sterylizujemy pojemniki z płynami i pudełka. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora, w którym załadunek odbywa się na tackach.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik