

ZP/UR/68/2013

Rzeszów, dn. 17.05.2013 r.

## WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego dla pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej oraz przeprowadzenie testu poprawności działania urządzeń”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający –Uniwersytet Rzeszowski przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytania z dnia 08.05.2013 r.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pipety do precyzyjnego pipetowania substancji w zakresie: od 0,2 µl do 2 µl?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pipety do precyzyjnego pipetowania substancji w zakresie od 0.2 µl do 2 µl w miejsce pipet o zakresie od 0.1 µl do 2.5 µl. Wymagania dotyczące pozostałych zakresów pozostają bez zmian.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę typu Vortex w zakresie prędkości – 750-3000 obr./min?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści wytrząsarkę typu vortex o zakresie prędkości 750-3000 obr./min.

#### Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki niskotemperaturowej (mniejszej) wyposażonej w najnowocześniejszą izolację wykonaną z paneli półpróżniowych, pianki poliuretanowej i włókna szklanego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający **nie wymaga** dostarczenia zamrażarki wyposażonej w parametry wskazane w zapytaniu.

#### Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki niskotemperaturowej (mniejszej) wyposażonej w auto-kaskadowy układ chłodzenia, nie wymagający cyklicznego czyszczenia filtra? Układ kompresorów działający na zasadzie autokaskady generuje znacznie mniej hałasu i cechuje się podwyższoną odpornością na długotrwałe użytkowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wymaga** dostarczenia zamrażarki wyposażonej w parametry wskazane w zapytaniu. Określa natomiast maksymalny poziom hałasu generowany przez zamrażarkę.

Z poważaniem

z up. Rektora UR

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Otrzymują:

1. [www.unv.rzeszow.pl](http://www.unv.rzeszow.pl)
2. a/a ZP