

Rzeszów dnia 04.06.2013r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/89/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Zakładu Technologii Bioenergetycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – Dostawa gazów technicznych.**

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o sprecyzowanie czystości gazów oraz proszę o informacje czy butle mogą być 200 bar.

Odpowiedź:

Butle muszą być co najmniej 150 bar - większe dopuszczamy.

Czystość:

tlen 5.0 o czystość co najmniej 99,99%

hel 6.0 o czystość co najmniej 99,99%

powietrze sprężone - czystość techniczna

tlen 3.5 - czystość 99,95%

azot 4.0 - czystość 99,99%

Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*