

ZP/UR/121/2013

Rzeszów, 09.08.2013 r.

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

### **Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/121/2013 „Dostawa 4 szt. dygestorium wzmocnionego, ceramicznego, kwasoodpornego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuści dygestorium spełniające wszystkie wymagania ujęte w normie PN-EN 14 175 części 1, 2 i 3 lecz wykonane z wykorzystaniem innych rozwiązań technologicznych? Oferowane dygestorium spełnia wszystkie warunki funkcjonalne zawarte w specyfikacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ. W związku z tym iż pytający nie podał jakie „inne rozwiązania technologiczne” chce zaoferować.

z up. Rektora UR  
ZC-A KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakuła

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*