

ZP/UR/115/2013

Rzeszów, dn. 30.08.2013 r.

**Szanowni Państwo**  
**Wszyscy Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
Dostawa twardościomierza oraz aparatury i wyposażenia aparaturowego dla Pracowni  
Materiałoznawstwa Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 709) Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **PYTANIA Z DNIA 28.08.2013 R.**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której digestorium mieć będzie szerokość 1200 mm, zamiast 1220 mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza digestorium o minimalnej szerokości 1200 mm.

##### **Pytanie 2**

Uprzejmie prosimy o możliwe jak najdokładniejsze doprecyzowanie terminu „instalacja wyciągowa” w pkt. 4.7.2 opisu. Czy np. kryje się pod nim montaż wentylatora chemoodpornego z instalacją? Jeśli tak, jakie parametry wentylatora są oczekiwane?

##### **Odpowiedź:**

Digestorium powinno być wyposażone w instalację wyciągową wraz z wentylatorem, umożliwiającą odprowadzenie oparów do przewodu kominowego umiejscowionego w odległości 3 mb od miejsca ustawienia digestorium

##### **Pytanie 3**

Obecny zapis punktu 3.16 w Załączniku nr 2.2 do SIWZ w postępowaniu jak wyżej stanowi niedopuszczalne prawem ograniczanie konkurencji, ponieważ tylko jeden potencjalny dostawca może spełnić postawiony warunek. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewni wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia przez serwis producenta wg PN EN ISO/IEC 17025 wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania przez centrum akredytacji, będące członkiem ILAC”.

Na mocy porozumienia z 19 stycznia 2005 r., zawartego pomiędzy PCA i ILAC, świadectwa wzorowania, wydane przez laboratoria akredytowane przez członków stowarzyszenia ILAC uznawane są w Polsce na równi z akredytacją PCA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia przez serwis producenta wg PN EN ISO/IEC 17025 wraz z wystawieniem przez centrum akredytacji będące członkiem ILAC świadectwa wzorowania, uznawanego przez PCA.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **23.09.2013r. godz. 10:00**
- Termin otwarcia ofert - **23.09.2013r. godz. 10:30**

*Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego powiadomienia. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania powiadomienia przesłanego pocztą elektroniczną.*

Z poważaniem

Z up. Rektora UR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Otrzymują:

1. [www.ur.edu.pl](http://www.ur.edu.pl)
2. a/a DZP