

ZP/UR/135/2013

Rzeszów, 18.09.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/135/2013** na „Dostawa fabrycznie nowego nie używanego analizatora aminokwasów wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno - Badawczego Środowiska w Rzeszowie” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zał. 1.1 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w autosampler o przeniesieniu próbek <0.1% w zależności od wybranego trybu płukania?

Odpowiedź: tak zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2: Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zał. 1.1 do SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w piec do kolumn z chłodzeniem i grzaniem, termostatyzowany w zakresie +5 do +100 st. C., przy założeniu 20-stopniowej temperatury pomieszczenia laboratoryjnego?

Odpowiedź: tak zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3: Dotyczy wzoru umowy, par. 4, ust.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 75-dniowy okres realizacji zamówienia licząc od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 75 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 4: Dotyczy wzoru umowy, par. 7, ust. 3: Prosimy o zamianę:

„Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi wykonawca, przy czym serwis gwarancyjny obejmuje również wymianę materiałów eksploatacyjnych w czasie okresu gwarancyjnego w miejscu instalacji sprzętu”

na:

„Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi wykonawca, przy czym serwis gwarancyjny obejmuje również wymianę materiałów eksploatacyjnych w czasie okresu gwarancyjnego w miejscu instalacji sprzętu, z wyłączeniem materiałów zużywalnych do bieżących analiz, takich jak kolumn rozdzielających, odczynników chemicznych, fiolek.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w projekcie umowy zał. nr 3 do siwz.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona