



ZP/UR/137/2013

Rzeszów, dn. 11.09.2013 r.

**Szanowni Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
Wyposażenie pracowni mikroskopowych w ramach projektu pn.: „Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego środowiska w Rzeszowie”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 709) Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIA Z DNIA 09.09.2013 r.**

**Zadanie 1, poz. I oraz poz. II**

**Pytanie 1**

Apochromatyczny układ oświetlenia w świetle odbitym z przysłonami połową i aperturą  
Zamawiający nie zamawia układu do fluorescencji w tych mikroskopach.  
Czy w związku z tym dopuści zapis: Możliwość rozbudowy o apochromatyczny układ oświetlenia w świetle odbitym z przysłonami połową i aperturą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zapis: Możliwość rozbudowy o apochromatyczny układ oświetlenia w świetle odbitym z przysłonami połową i aperturą.

**Pytanie 2**

Wbudowane w statyw minimum następujące gniazda: USB, sieciowe TCPIP, RS 232.  
Czy Zamawiający dopuści jako wystarczające do komunikacji z komputerem w tego typu mikroskopach gniazdo RS232?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza jako wystarczające do komunikacji mikroskopów z komputerem gniazdo RS232

**Pytanie 3**

Tubus: Fototubus binokularny 15°/23 (100:0/30:70/0:100),  
Czy Zamawiający zaakceptuje fototubus binokularny 30 stopni: 30°/23 (100:0/30:70/0:100),  
w miejsce fototubusa 15°/23 (100:0/30:70/0:100),

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie fototubusa binokularnego 30 stopni: 30°/23 (100:0/30:70/0/100) w miejsce fototubusa 15°/23 (100:0/30:70/0:100)

**Zadanie 2, poz. II****Pytanie 4**

Okulary 15x, 2 sztuki.

Czy zamawiający dopuści okulary 16x, 2 sztuki jako równoważne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza okulary 16x, 2 sztuki jako równoważne.

**Zadanie 2, poz. III****Pytanie 5**

Skok osi Z 340 nm lub mniejszy.

Czy Zamawiający może zrezygnować z tego zapisu? Stały skok można podawać przy zmotoryzowanym napędzie w osi „Z”. W opisie nie ma wymogu takiego napędu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z zapisu „skok osi Z 340 nm lub mniejszy”.

**Zadanie 3, poz. I oraz poz. II****Pytanie 6**

Tubus: Fototubus binokularny 15°/23 (100:0/30:70/0:100),

Czy Zamawiający zaakceptuje fototubus binokularny 30 stopni: 30°/23 (100:0/30:70/0:100), w miejsce fototubusa 15°/23 (100:0/30:70/0:100),

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie fototubusa binokularnego 30 stopni: 30°/23 (100:0/30:70/0/100) w miejsce fototubusa 15°/23 (100:0/30:70/0:100).

***Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.***

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Z up. Rektora UR

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

**Otrzymują:**

1. www.ur.edu.pl
2. a/a DZP