

**ZP/UR/159/2014**

Rzeszów, 25.11.2014r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/159/2014**

**Wyjaśnienia treści siwz z dn. 25.11.2014r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/159/2014 na **Dostawę aparatury doposażającej laboratorium chemii środowiska w ramach projektu „Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 24.11.2014r.

**Pytanie 1:**

**zad. Nr 6 suszarka próżniowa**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: czy Zamawiający poprzez „zestaw części zamiennych wraz z wyposażeniem startowym” rozumie przyłączy suszarki do pompy, tj. wąż próżniowy i niezbędne systemy mocujące, czy też ma na myśli inne elementy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o te elementy zestawu, które umożliwią uruchomienie i działanie zespołu, ewentualnie szybko zużywające się elementy (uszczelki, olej do pompy, smar silikonowy itp.).

**Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*