

Szanowni Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa różnego rodzaju materiałów medycznych”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE Z DNIA 24.03.2014 R.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji - do 30 dni roboczych?

Z uwagi na to, że technika niebieskoczuła jest techniką starszą i w tej chwili dużo mniej powszechną niż nowsza -zielonoczuła, większość producentów ekranów wzmacniających zazwyczaj nie posiada ekranów niebieskoczułych (zwłaszcza mniej popularnej klasy 200) na swoich stanach magazynowych. Kasety z takimi ekranami produkowane są najczęściej na zamówienie. Stąd dwutygodniowy termin realizacji, którego oczekuje Zamawiający, jest niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedź:

Z uwagi, iż kasety z ekranami niebieskoczułymi produkowane są najczęściej na zamówienie, co wydłuża termin realizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na kasety z ekranami zielonoczułymi. Jednocześnie termin realizacji zamówienie nie ulega zmianie.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Z up. Rektora UR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Otrzymują:

1. www.er.edu.pl
2. a/a DZP