

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/74/2014

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 30.05.2014r

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/71/2014 na **Dostawę zestawu do nauki intubacji – sprzętu do realizacji projektu „Medilingua** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 29.05.2014r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania ofert częściowych i utworzy dwa odrębne pakiety? Pakiet jeden na dostawę defibrylatorów AED, drugi pakiet na manekin do intubacji. Utworzenie dwóch odrębnych pakietów umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności manekin do nauki intubacji spełniający wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ, bez możliwości podłączenia drzewka oskrzelowego oraz bez dodatkowego poglądowego anatomicznego modelu dróg oddechowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza manekinu bez możliwości podłączenia drzewka oskrzelowego oraz bez dodatkowego poglądowego anatomicznego modelu dróg oddechowych

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*