

ZP/UR/75/2014

Rzeszów, 23.06.2014r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/75/2014**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 23.06.2014r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/75/2014 na **Dostawę podstawowego wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu „Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 18.06.2014r.

Pytanie 1:

Pozycja nr 23-wirówka laboratoryjna, stołowa, wentylowana

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wirówki o wymiarach max 310x370x480mm? Podana w siwz szerokość 3700mm wydaje się być jedynie błędem pisarskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wirówkę o wymiarach max 310x370x480mm. Podana w Opisie przedmiotu zamówienia szerokość 3700mm jest wynikiem błędu pisarskiego Zamawiającego.

Pytanie 2:

Pozycja nr 34-komora laminarna z pionowym przepływem powietrza

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem wnętrza gwarantowanym jako >850 lux?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z oświetleniem wnętrza gwarantowanym jako >850 lux

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona