

ZP/UR/104/2014

Rzeszów, dnia 29.07.2014 r.

Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa urządzenia do badań nieniszczących oraz kamer naukowych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu pn.: „Centrum Innowacyjnych Technologii”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- I. SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie 1 pn.: Dostawa urządzenia do badań nieniszczących metodą magnetycznej pamięci metalu z oprogramowaniem i wyposażeniem – pkt. 1. Parametry i funkcje urządzenia – akapit 3 - otrzymuje brzmienie:**

zakres pomiarowy pola magnetycznego: H_p : od - 2000 A/m do +2000 A/m.

- II.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

Z poważaniem

Z up. Rektora UR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Otrzymują:

1. www.ur.edu.pl
2. a/a DZP