

ZP/UR/104/2014

Rzeszów, dnia 11.08.2014 r.

Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa urządzenia do badań nieniszczących oraz kamer naukowych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu pn.: „Centrum Innowacyjnych Technologii”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie 2 pn.: Dostawa i instalacja kamery do ultraszybkich zdjęć oraz kamery termowizyjnej z oprogramowaniem i wyposażeniem – pkt. A – Kamera do ultraszybkich zdjęć z oprogramowaniem i wyposażeniem:

1. Rozdział 1 - Parametry – pkt 18 - otrzymuje brzmienie:

Kamera wyposażona w jedno z wyjść video: NTSC, PAL, 720p HD, DVI-D.

2. Rozdział 1 - Parametry – pkt 19 - otrzymuje brzmienie:

Kamera wyposażona w cyfrowe wyjścia video: co najmniej Dual HD-SDI 4:4:4 z możliwością użycia co najmniej dwóch portów Single HD-SDI 4:2:2, z których jeden umożliwił będzie ciągły podgląd na żywo, a drugi przeglądanie zarejestrowanych sekwencji lub wyjście DVI-D z rozdzielaczem sygnału na dwa wyjścia, z których jeden umożliwił będzie ciągły podgląd na żywo, a drugi przeglądanie zarejestrowanych sekwencji.

II. SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie 2 pn.: Dostawa i instalacja kamery do ultraszybkich zdjęć oraz kamery termowizyjnej z oprogramowaniem i wyposażeniem – pkt. B – Kamera termowizyjna z oprogramowaniem i wyposażeniem

1. Rozdział 1 - Parametry – pkt 7 – Obiektywy – ppkt. 4 – otrzymuje brzmienie:

Mocowanie obiektywu dostosowane do urządzenia.



2. Rozdział 1 - Parametry – pkt 15 – Parametry środowiskowe – ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Zasilanie 12 VDC/30W lub poprzez zasilacz stabilizowany z sieci 230VAC.

III. SIWZ — Rozdział VI - Oferty, ich przygotowanie, ocena i wybór najkorzystniejszej – pkt 2 - Opis sposobu przygotowywania oferty – ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:

Postępowanie nr.: ZP/UR/104/2014

Zadanie nr.: ...

Nie otwierać przed 09.09.2014 r. godz. 12:30 (...)

IV. SIWZ — Rozdział VI - Oferty, ich przygotowanie, ocena i wybór najkorzystniejszej – pkt 3 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert – **09.09.2014r. godz. 12:00**

Miejsce składania ofert – **Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 C , Dział Zamówień Publicznych, pok. 15.**

Termin otwarcia ofert – **09.09.2014r. godz. 12:30**

Miejsce otwarcia ofert – **Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 C , Dział Zamówień Publicznych, pok. 15.**

Z poważaniem

Z up. Rektora UR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Otrzymują:

1. www.ur.edu.pl
2. a/a DZP