

Znak sprawy: ZP/UR/111/2014

Rzeszów, 22.08.2014 r.

MODYFIKACJA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zał. nr. 1.1.1 do siwz) z dnia 22.08.2014r.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.08.2014r. dokonuje modyfikacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w następujących punktach:

Dotychczas jest:

Pozycja nr 1 Rezonans Magnetyczny 1.5T

XII – Wymagania Dodatkowe punkt 3 : „Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu także w zakresie spektroskopii MR”

Pozycja nr 2 Tomograf Komputerowy 16-rzędowy

VII – Inne Wymagania punkt 1 : „Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy itp.”

Zamawiający modyfikuje brzmienie w/w punktów załącznika nr1.1.1 na następujące :

Pozycja nr 1 Rezonans Magnetyczny 1.5T

XII – Wymagania Dodatkowe punkt 3 : „Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu także w zakresie spektroskopii MR wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kontroli jakości”

VII – Inne Wymagania punkt 1 : „Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy itp., wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kontroli jakości.

Pozostała część szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1.1 do siwz nie ulega zmianie.

z up. Rektora UR
Zastępca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakula

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona