

ZP/UR/110/2014

Rzeszów, 19.08.2014 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania: **ZP/UR/110/2014** „Dostawa aparatury i urządzeń - w ramach projektu: **Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych**”.

Zadanie nr 3: Autoklaw

Pytania z dnia 07.08.2014 r.

Pytanie 1.

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu stylizator parowy:
- z niezabudowaną drukarką, zintegrowaną z autoklawem przez łącze kablowe.*

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza drukarkę niezabudowaną, połączona z autoklawem łączem kablowym.

Pytanie 2.

Czy oznaczenie „XXX” w rubryce „parametry oferowanego przedmiotu zamówienia” Zamawiający zaznaczył jako parametry graniczne.

Odpowiedź:

Nie. Oznaczenie „XXX” oznacza, że Wykonawca nie wypełnia rubryki pn.: parametry oferowanego przedmiotu zamówienia tylko wypełnia rubrykę pn.: funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia przekreślając „tak” lub „nie”, w zależności od tego czy urządzenie spełnia wymaganą funkcjonalność.

Z poważaniem

z up. Rektora UR
z-ca KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakuła

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. DZP