

**ZP/UR/109/2014**

Rzeszów, 22.08.2014 r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów

**Szanowni Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy postępowania: **ZP/UR/109/2014** „**Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu p.n.: Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych**”.

**PYTANIA Z DNIA 19.08.2014 R.**

**Pytanie 1.**

*Czy Zamawiający wymaga załączenia wykazu wykonanych dostaw z poświadczeniami na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dla zadań 2, 3, 4, 5?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga załączenia wykazu wykonanych dostaw z poświadczeniami na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu **tylko dla zadania 1**.

**Pytanie 2.**

*zadanie nr 4*

*Czy Zamawiający dopuści katalogi/prospekty w języku angielskim?*

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści katalogi/prospekty w języku angielskim.

**PYTANIE Z DNIA 20.08.2014 R.**

**Pytanie 3.**

*zadania nr 4, pozycja nr 1 pkt. 1.7:*

*Czy Zamawiający dopuści pipety z uszczelkami O-ring pasującymi do wszystkich końcówek o standardzie Gilson oraz pasującymi do większości końcówek różnych producentów?*

*Z naszego rozeznania rynku wynika, że nie ma pipet pracujących ze wszystkimi końcówkami dowolnych producentów.*

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści pipety z uszczelkami O-ring pasującymi do wszystkich końcówek o standardzie Gilson oraz pasującymi do większości końcówek różnych producentów.

## **PYTANIE Z DNIA 21.08.2014 R.**

### **Pytanie 4.**

*Czy Zamawiający wymaga pipet 1-kanalowych czy 8-kanalowych.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w poz. 1 L.p. 2 wymaga dostawy pipet 1-kanalowych. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert – **15.09.2014r. godz. 12:00**

Termin otwarcia ofert – **15.09.2014r. godz. 12:30**

Z poważaniem

z up. Rektora UR  
z-ca KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakuła

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*

### Do wiadomości:

1. [www.ur.edu.pl](http://www.ur.edu.pl)
2. a-a DZP