

ZP/UR/110/2014

Rzeszów, 28.08.2014 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy postępowania: **ZP/UR/110/2014 „Dostawa aparatury i urządzeń - w ramach projektu: Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”.**

Zmiany dotyczące zadania nr 3: Autoklaw.

Zamawiający zmienia zapisy zawarte w **Załączniku nr 1.1 do Siwz – Opis przedmiotu zamówienia – oferowany przedmiot zamówienia – w Zadaniu nr 3, pozycje nr 4; 9; 12; 13; 15 – pkt 12:**

Zapisy przed zmianą:

poz. 4
Załadunek komory min. 6 tac lub min. 4 kasety
poz. 9
Sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym
poz. 12
Wbudowany czytnik kart SD
poz. 13
W pełni zautomatyzowany system oczyszczania wody
poz. 15
Zgrzewarka

Zapisy po zmianie (obowiązujące):

poz. 4
Załadunek komory min. 5 tac lub min. 4 kasety o łącznej powierzchni min. 4000cm².

poz. 9
Sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym albo sterownik mikroprocesorowy bez ekranu dotykowego, jeśli autoklaw jest wyposażony w klawisze sterujące zapewniające możliwość wyboru programu, pełny monitoring parametrów cyklu sterylizacji.

poz. 12
Wbudowany czytnik kart SD albo autoklaw z wbudowanym portem USB, wbudowaną pamięcią (min. 100cyli) i dodatkową pamięcią typu Flash (USB) o pojemności min. 8GB.

poz. 13
W pełni zautomatyzowany system oczyszczania wody, który należy dostarczyć wraz z autoklawem. Dedykowany do sterylizatora, w pełni zautomatyzowany system oczyszczania wody zasilany wodą wodociągową i kompatybilny z oferowanym sterylizatorem (zapewniający jego automatyczną pracę, bez konieczności napełniania zbiornika sterylizatora manualnie).

poz. 15
Zgrzewarka do rękawów papierowo-foliowych, którą należy dostarczyć wraz z autoklawem.
Parametry graniczne zgrzewarki:

Zgrzewarka rotacyjna, sterowanie mikroprocesorowe, cyfrowy panel sterowania, cyfrowa regulacja i wskaźnik temperatury, zabezpieczenie przed przegrzaniem, samoregulujący docisk rolek, funkcja "standby", zakres temperatury zgrzewania 100-199°C lub szerszy.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany (obowiązujący) Opis przedmiotu zamówienia – dotyczący zadania nr 3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na następujący:

Termin składania ofert – 22.09.2014r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 22.09.2014r. godz. 12:30

Opakowanie oferty należy opisać w następujący sposób:

- Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:

„ Oferta w postępowaniu ZP/UR/110/2014 na zadanie(-a) nr: – nie otwierać przed 22.09.2014 r. godz. 12:30 ”

z up. Rektora UR
z-ca KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakuła

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona