

ZP/UR/110/2014

Rzeszów, 04.09.2014 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Szanowni Wykonawcy
Uczestniczący w postępowaniu

SPROSTOWANIE UDZIELONYCH WYJAŚNIENIŃ TREŚCI SIWZ NR 2 z dnia 28.08.2014R.

Dotyczy postępowania: **ZP/UR/110/2014 „Dostawa aparatury i urządzeń - w ramach projektu: Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”.**

Dotyczy Zadania nr 3: Autoklaw

I. Zamawiający w związku z błędnie udzieloną odpowiedzią w dniu 28.08.2014 r. na pytanie nr 4, zmienia treść udzielonej odpowiedzi.

Treść pytania i poprzednio udzielona odpowiedź:

„Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie punktu 13. Czy zamawiający wymaga dostarczenia destylarki wraz z autoklawem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z autoklawem destylarki. „

Poprawna odpowiedź na powyższe pytanie:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z autoklawem destylarki.

Wraz z autoklawem należy dostarczyć dedykowany do sterylizatora w pełni zautomatyzowany system oczyszczania wody, zasilany wodą wodociągową i kompatybilny z oferowanym sterylizatorem (zapewniający jego automatyczną pracę, bez konieczności napełniania zbiornika sterylizatora manualnie).

Powyższe sprostowanie stanowi integralną część SIWZ.

II. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na następujący:

Termin składania ofert – 26.09.2014r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 26.09.2014r. godz. 12:30

Opakowanie oferty należy opisać w następujący sposób:

- **Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:**

„ Oferta w postępowaniu ZP/UR/110/2014 na zadanie(-a) nr: – nie otwierać przed 26.09.2014 r. godz. 12:30 ”

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

III. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia – dotyczący zadania nr 3, obejmujący wszystkie udzielone do tej pory wyjaśnienia treści Siwz (poprzedni zmodyfikowany opis z dnia 28.08.2014r. nie uwzględniał wyjaśnień udzielonych w dniu 19.08.2014.)

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. wykonawcy
2. DZP