

ZP/UR/109/2014

Rzeszów, 03.09.2014 r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów

**Szanowni Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy postępowania: **ZP/UR/109/2014 „Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu p.n.: Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”.**

**PYTANIE Z DNIA 01.09.2014 R.**

**Pytanie 1.**

**Dotyczy: zadanie 2:** Dostawa ultradźwiękowego wskaźnika (pointera) z markerem do antropometrycznych pomiarów ruchomości kręgosłupa.

*Bardzo prosimy o wyjaśnienie punktu 3 w zadaniu 2, czy Zamawiający posiada jednostkę zbierającą sygnał ultradźwiękowy, z którą pointer ma być kompatybilny?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada jednostkę główną zbierającą sygnał i oprogramowania do systemu Zebris. Zamówienie dotyczy pointera oraz markera referencyjnego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

z up. Rektora UR  
z-ca KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakuła

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*

Do wiadomości:

1. [www.ur.edu.pl](http://www.ur.edu.pl)
2. a-a DZP