

ZP/UR/173/2014

Rzeszów, 12.01.2015r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/173/2014**

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr ZP/UR/173/2014 na **Dostawę aparatury w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z pytaniem Wykonawcy z dn. 09.01.2015r. dotyczącym udzielonych wyjaśnień treści siwz z dn. 09.01.2015r.:

Dotyczy zadania nr 2:

W wyjaśnieniach Zamawiającego z dnia 09.01.br, Zamawiający zawęził krąg potencjalnych dostawców komory laminarnej przez dodanie do pkt. 2 tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1.1 do SIWZ) zapisu: „(+/-2cm)”, który otrzymał brzmienie: „Błat roboczy min. 120 cm (+/-2cm)”. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory o szerokości roboczej 126,6 cm, co nie powinno mieć znaczenia przy braku określenia maksymalnych wymiarów zewnętrznych komory?

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 - zał.nr 1.1 do siwz zgodnie z odpowiedziami na pytanie 1 udzielonymi w dn. 09.01.2015r.

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 - zał.nr1.1 do siwz –modyfikacja z dn. 12.01.2015r.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*