

ZP/UR/172/2014

Rzeszów, 13.01.2015 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/172/2014 na Dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Dotyczy Zadanie nr 2: Dostawa systemu do monitorowania procedur pielęgniarских.

Dotyczy pozycji nr 1 – modle do cewnikowania

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności model do nauki cewnikowania posiadający poniższe parametry:

Model do praktycznej nauki cewnikowania męskiego i żeńskiego.

- wymienne narządy płciowe
- wymienna sztuczna przetoka połączona z wymiennymi, wewnętrznymi zbiornikami
- modułowy zawór cewki moczowej (zapobiegający przed wyciekami płynu)

Zestaw zawierający :

- Miednicę z wymiennymi narządami żeńskimi i męskimi
- Miękką nylonową torbę

Odpowiedź: MODEL DO NAUKI CEWNIKOWANIA POWINIEN POSIADAĆ WYMIENNE NARZĄDY PŁCIOWE, WYMIENNĄ PRZETOKĘ ORAZ ZAWÓR CEWKI MOCZOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZED WYCIEKIEM PŁYNU.

Dotyczy pozycji nr 4 – tracheotomia.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie modelu do nauki wykonywania tracheotomii spełniającego wymogi określone w siwz przez Zamawiającego lecz bez możliwości wykonania zabiegu konikopunkcji i konikotomii oraz taśmy służącej do zaklejania krtani?

Odpowiedź: MANEKIN POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZABIEGU KONIKOPUNKCJI I KONIKOTOMII, W ZESTAWIE POWINNA ZNALEŻĆ SIĘ TAŚMA DO ZAKLEJANIA KRTANI.

Dotyczy zadania nr 4, pozycja nr 4

Pytanie nr 6. Prosimy o dopuszczenie systemu do badania resuscytacji z niezawodnym wskaźnikiem mechanicznym wskazującym:

- prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej
- nieprawidłowe ułożenia rąk
- podawaną objętości powietrza podczas prowadzenia sztucznego oddychania
- wdmuchnięcie powietrza do żołądka podczas prowadzenia sztucznego oddychania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7. Czy system (fantom) ma być przystosowany do współpracy z każdym AED szkoleniowym, co zwiększa funkcjonalność systemu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8. Czy system (fantom) ma posiadać płynną regulację sztywności klatki piersiowej, która umożliwia naukę masażu serca z uwzględnieniem różnic w budowie ciała poszkodowanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość aby system (fantom) posiadał płynną regulację sztywności klatki piersiowej, ale nie jest to wymagane.

Pytanie nr 9. Czy system (fantom) ma mieć możliwość zakładania rurek ustno-gardłowych?

Odpowiedź: Nie

Powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona