

ZP/UR/173/2014

Rzeszów, 13.01.2015r.

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/173/2014**

**Wyjaśnienia treści siwz z dn. 13.01.2014r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/173/2014 na **Dostawę aparatury w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1:**

**Dotyczy zadania nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z szybkością chłodzenia pieca od 450C do 50C <4min.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zachowuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z programowalnym zakresem szybkości zmiany temperatury w zakresie -125C do 125C

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zachowuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z dozownikiem split/splitless z temperaturą pracy 400C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zachowuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z 3 stopniami programowania przepływu i ciśnienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zachowuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści spektrometr mas o czułości EI S/N  $\geq 100$  dla 1 pg OFN dla H2?

Czy Zamawiający dopuści spektrometr mas z pompą turbomolekularną o wydajności 300 L/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zachowuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści źródło bezpośredniego wprowadzania próbki z balistyczną szybkością grzania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zachowuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści źródło bezpośredniego wprowadzania próbki z maksymalną temperaturą 450C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zachowuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 8:**

Czy oprogramowanie musi posiadać możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków.

**Odpowiedź:**

Tak, takie oprogramowanie jest wymagane

**Pytanie 9:**

Chciałem również zwrócić uwagę, że w nowym opisie przedmiotu zamówienia część 4 nie została uwzględniona odpowiedź na pytanie 9:

Pytanie 9:

Dotyczy zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści autosampler o konstrukcji ramienia poruszającego się w osiach x-y-z z możliwością dozowania do 2 dozowników?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pozostawiając w kol. 2 opisu pierwotny zapis. W Opisie przedmiotu zamówienia-zał.nr 1.1 do siwz dla zadania 4 w kolumnie 4 należy opisać oferowane urządzenie.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią część siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona*