

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/11/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 27.02.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/11/2015 na **Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1:**Poniższe pytania dotyczą Zadania 14 poz. nr 3 w przedmiotowym postępowaniu**

1. Czy w Zadaniu 14 poz. nr 3 w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga zaoferowania glukometrów o parametrach techniczno-użytkowych wymienionych poniżej:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego z glukometru za pomocą przycisku;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

c) Enzym dehydrogenaza glukozy (warunek niezbędny aby możliwe było wykonywanie wiarygodnych pomiarów we krwi żyłnej i kapilarnej)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga

d) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi na pasku testowym;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

e) Zakres zastosowań glukometrów określony w instrukcji obsługi przez producenta;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

f) Zakres wyników pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 i z najnowszymi zaleceniami PTB;

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 2:

Prosimy o wyłączenie poz. nr 3 z Zadania 14 do odrębnego pakietu, co znacznie zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu. Liczne podmioty występujące na rynku są w stanie zaoferować jedynie część asortymentu opisanego w Zadaniu nr 14.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy glukometrów nie przekraczał $\pm 15\text{mg/dl}$ przy stężeniu glukozy $< 100\text{mg/dl}$ i $\pm 15\%$ przy stężeniu glukozy $> 100\text{mg/dl}$, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy glukometrów nie przekraczał $\pm 15\text{mg/dl}$ przy stężeniu glukozy $< 100\text{mg/dl}$ i $\pm 15\%$ przy stężeniu glukozy $> 100\text{mg/dl}$

Pytanie 4:

Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów Zamawiający wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści glukometr, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7:

Poniższe pytanie dotyczy Zadania 14 poz. nr 3 w przedmiotowym postępowaniu:

Prosimy o podanie przybliżonej liczby pasków testowych, które zamierza zakupić Zamawiający w trakcie umowy przetargowej w związku z eksploatacją glukometrów zakupionych w Zadaniu 14 poz. 3. Informacja taka zdecydowanie ułatwi skonstruowanie odpowiedniej wyceny.

Odpowiedź:

Paski testowe nie są przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona