

ZP/NTM/12/2015

Rzeszów dnia 17.03.2015r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17.03.2015r.

Dotyczy postępowania na: dostawy ciekłego helu w formie cyklicznych tankowań.

Pytanie nr 1:

Czy zbiornik (dewar) będzie roztankowany od razu?

Odpowiedź:

Zbiornik (dewar) jest używany w układzie pomiarowym jako część tego układu i przez cały cykl pomiarowy jest on niezbędny. Dlatego też dewar nie jest i nie może być roztankowany od razu.

Pytanie nr 2:

Czy Wykonawca będzie mógł zabrać zbiornik od razu po roztankowaniu, czy też zbiornik pozostanie u Zamawiającego?

Odpowiedź:

Z powodu powyższego, zbiornik pozostaje u Zamawiającego przez cały cykl pomiarowy którego czas jest bardzo różny i którego nie można z góry określić.

Pytanie nr 3:

Zauważamy, że na termin realizacji wpływ będą miały również czynniki niezależne od Wykonawcy tzn. czy zbiornik jest "ciepły" czy "zimny". Rzetelne schłodzenie zbiornika trwa 24 godziny, natomiast czas samego transportu to w naszym przypadku ok. 22 godziny (są to 4 trasy). Uważamy zatem, że wymagany czas dostawy nie powinien dotyczyć czasu potrzebnego Wykonawcy na schłodzenie zbiornika i powinien dotyczyć tylko dni roboczych. Przy składaniu ofert Wykonawcy do czasu realizacji nie powinni wliczać czasu potrzebnego na schłodzenie dewara (w przypadku, gdy dewar po roztankowaniu zostaje u Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zgadza się że czas dostawy dotyczy tylko dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku. Ponieważ nie jesteśmy w stanie określić czasu pomiędzy kolejnymi dostawami, jest to związane z cyklem pomiarowym który jest różny, dlatego część dostaw może być zrealizowana z tzw. dewarem „ciepłym”, a część z dewarem „zimnym”. Dlatego czas dostawy „zimnego” dewara będzie liczony od zgłoszenia, natomiast czas dostawy ciepłego dewara będzie pomniejszony o 24 godziny potrzebne na jego schłodzenie. Jednak nie jesteśmy w stanie podać z góry ile będzie jakich dostaw. Czas dostawy w przetargu należy więc podać jako czas dla dewara „zimnego”.

z up. Rektora UR
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakula

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona