

ZP/UR/10/2015

Rzeszów, 04.03.2015 r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

**Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/10/2015 na Dostawę sprzętu medycznego i płyt grzewczych z piekarnikiem w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Dot. zadania nr 12:**

**Pytanie nr 3.** pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce i wadze respiratora bez podstawy jezdnej wynoszącej 9,1 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4.** pkt 17- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy który w zamian za adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej ASV wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo, oferuje równoważny tryb adaptacyjny AVM?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 5.** pkt.20- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy, z możliwością ustawienia CPAP w zakresie 4-30 cmH2O? Taki zakres ciśnienia CPAP jest w zupełności wystarczający do poprawnej wentylacji pacjenta.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 6.** pkt. 23 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy z regulowanym czasem wdechu w zakresie 0,1-10 sek.? Taki zakres czasu jest w zupełności wystarczający do poprawnej wentylacji pacjenta.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7.** pkt. 32 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy bez możliwości monitorowania minimalnego ciśnienia?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8.** pkt. 35 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy z obrazowaniem pętli: P/V, V-Flow, P-Flow i krzywej CO2?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza.

**Dot. zadania nr 15:**

**Pytanie nr 9.** pkt. 1 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy wyposażony w niezależne moduły pomiarowe, przeznaczony do pracy z noworodkami, dziećmi i dorosłymi? Wersja modułowa jest lepszym rozwiązaniem niż kompaktowa gdyż pozwala na szybką i tańszą rozbudowę kardiomonitora bez udziału serwisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 10:** pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy LCD TFT o przekątnej ekranu 17 cali i rozdzielczości 1280x1024 pikseli z obudową wyposażoną w uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia? Dla odczytu danych, różnica pomiędzy ekranami 17 a 19 cali jest nieznaczna i nie ma większego znaczenia.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 11:** pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 10 kg z modułami i akumulatorem? W przypadku zastosowania podstawy jezdnej różnica w wadze nie ma znaczenia przy użytkowaniu kardiomonitora.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 12:** pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z ostatnich 24 h? Oferowana wartość jest wystarczająca dla diagnostyki pacjenta.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 13:** pkt. 13 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z dwoma złączami USB służącymi do podłączania myszki, klawiatury lub drukarki

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 14:** pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z obserwacją 6 odprowadzeń EKG i analizą odcinka ST jednocześnie z kabla 5-żyłowego?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 15:** pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z prezentacją dwóch wartości temperatury?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16:** pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wbudowanym modułem rejestratora termicznego i możliwością wydruku jednocześnie 2 dowolnie wybranych przez użytkownika fal dynamicznych? Więcej niż dwa wykresy na wydruku drukarki w kardiomonitorze (50 mm) powodują nieczytelność danych.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 17:** pkt. 20 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o saturację dualną?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 18:** pkt. 21 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor ze stojakiem jezdny 5 kołowym i możliwością blokady 2 kół, ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria i półką pod kardiomonitor? Jest to rozwiązanie równoważne

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19:** pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z zakresem energii defibrylacji od 2 do 360J? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego. Powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20:** pkt. 27 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z czasem ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 10 sekund? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21:** pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z możliwością dokonania kardiowersji bez kabla EKG, wtedy odczyt z elektrod Quick-Combo oraz z zapewnioną możliwością wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG 3?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 22:** pkt. 31 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z ekranem kolorowym o przekątnej 5,7 cala, LCD TFT z aktywną matrycą o rozdzielczości 320 x 240 pikseli? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 23:** pkt. 37 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta bez pomiaru oddechu metodą impedancyjną, ale z możliwością bardziej dokładanego tego pomiaru za pomocą kapnomietru?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 24:** pkt. 39 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta bez możliwości pomiaru NIBP?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 25:** pkt. 39 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z pomiarem NIBP w zakresach:

Zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi: od 30 do 255 mmHg

Zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia krwi: od 15 do 220 mmHg

Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: od 20 do 235 mmHg,

w trybie na żądanie, ciągłym oraz automatycznym (do wyboru przez użytkownika)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26:** pkt. 41 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta bez modułu pomiaru temperatury?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 27:** pkt. 41 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z pomiarem temperatury w 1 kanale w zakresie od 24,8° do 45,2°C? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28:** pkt. 44 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z pamięcią 100 zdarzeń dla jednego pacjenta, oraz możliwością zapisu 50 rekordów pacjenta?

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta bez możliwości kopiowania danych medycznych na kartę SD, ale z możliwością bezprzewodowego transferu wszystkich danych do komputera użytkownika? Podane rozwiązanie jest równoważne.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 29:** pkt. 46 – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z funkcją autotestu i wydrukiem, gdzie autotest odbywa się zawsze o tej samej godzinie – 3:00 rano (statystycznie jest to godzina w której jest najmniej zdarzeń)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*