

ZP/UR/18/2015

Rzeszów, 26.03.2015 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr **ZP/UR/18/2015** „Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

PYTANIA Z DNIA 18.03.2015 R.

Dotyczy: zadanie 3: Dostawa maszyny do robienia lodu

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika na lód 20 kg przy wydajności urządzenia 90 kg lodu na dobę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wykorzystującą jako czynnik chłodniczy tylko R404a ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 50 x66 x 82 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP